

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Organizace: **Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.**

Adresa: **Ke Dvoru 12a
Praha 6
160 00**

IČO: 26722861
Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Elich (elich.ondrej@seznam.cz)
ID zakázky: **08102018MIN**

Veřejná zakázka je zveřejněna na webových stránkách zadavatele www.vumlekarensky.cz, sekce Spolupráce, odkaz Poptávky.

Veřejná zakázka není zadávaná v zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

2. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Mineralizační blok s neutralizací par

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

500 000 Kč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň její maximální nepřekročitelnou nabídkovou cenou. Zadavatel vyloučí uchazeče, bude-li celková nabídková cena bez DPH uchazeče vyšší než celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH.

4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění se rozumí „mineralizační blok se zařízením na odtah a neutralizaci par“ s následujícími s následujícími technickými parametry:

- Počet mineralizačních míst: 20
- Objem mineralizační trubice: 300 ml
- Tloušťka stěny mineralizační trubice min 3,1 mm
- Mineralizační trubice s profilovanou horní částí pro zlepšení kondenzace par. Zúžení vnitřního průměru trubice minimálně o 20%.
- Napojení odtahového modulu neutralizace na mineralizační trubice je provedeno utěsněným řešením pomocí přítlačného těsnění s pružinou.

- Odtahový modul mineralizace je vybaven kondenzační pastí zabraňující křížové kontaminaci vzorků.
- Pracovní teplota mineralizace: 30-450 °C
- Doba zahřátí na 400°C maximálně: 20 min
- Mineralizační jednotka vybavena programovatelným elektrickým plně automatickým zdvihem trubic včetně automatického vysunutí trubic do chladicí polohy po ukončení analýzy.
- Mineralizační jednotka je schopna ovládat neutralizační odtahovou jednotku.
- Sací výkon odtahové jednotky minimálně: 32 L/min
- Objem neutralizační faze: 3 L
- Odtahová jednotka schopna čištění plynů ve dvou fázích tj. Neutralizace a adsorpce.

Veřejná zakázka není dělená na části. Dodavatel je povinen dodat celý předmět plnění.

4.1. Přístroje a zařízení musí splňovat normy a další předpisy platné v ČR a EU.

- a) doprava zboží na místo plnění (dopravu do místa plnění zajišťuje na své náklady a nebezpečí prodávající),
- b) zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zařízení (manuálů) v českém a/nebo anglickém jazyce - technická specifikace,
- c) předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy,
- d) bezodkladné a bezplatné odstranění závad reklamovaných v záruční lhůtě,
- e) závazek záručního servisu po dobu 24 měsíců, v případě dodávky softwaru pro ovládání a/nebo kalibraci zařízení jeho bezplatný upgrade po dobu 24 měsíců.

5. VYMEZENÍ MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1. Místem plnění se rozumí:

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., Ke Dvoru 12a, 160 00, Praha 6

5.2. Termínem plnění se rozumí:

Uchazeč se zavazuje dodat a instalovat dodávku předmětu plnění **do 6 týdnů** po obdržení písemné objednávky zadavatele, nejpozději však do **15.12.2018** (mezí datum uznatelného zdanitelného plnění).

6. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

6.1. Zadavatel zruší výběrové řízení, pokud:

- a) Nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky;
- b) Byly vyřazeny všechny nabídky;
- c) Byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě k podání nabídek nebo zadávací dokumentaci, nebo v průběhu administrace zakázky;

- 6.2. Po instalaci zařízení proběhne zkušební provoz k potvrzení deklarovaných parametrů. V době zkušebního provozu je započtena i doba pro zaškolení obsluhy. Zkušební provoz bude ukončen podpisem protokolu o předání a převzetí zařízení smluvními stranami.
- 6.3. Podáním nabídky uchazeč stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací včetně všech příloh k této veřejné zakázce, že je mu jejich znění srozumitelné a jasné, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání souhlasí a respektuje je.
- 6.4. Podáním nabídky uchazeč stvrzuje, že je vázán celým obsahem přiložené nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty;
- 6.5. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
- 6.6. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
- 6.7. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli bez udání důvodu.

V Praze: 8.10.2018



.....
Ing. Petr Roubal CSc.
jednatel Výzkumného ústavu
mlékárenského s.r.o.