

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU**

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Organizace: **Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.**

Adresa: **Ke Dvoru 12a
Praha 6
160 00**

IČO: 26722861

Kontaktní osoba: Doc. RNDr. Marcela Klimešová, Ph.D.
(marcela.vyletelova@seznam.cz)

ID zakázky: 32017

Veřejná zakázka je zveřejněna na webových stránkách zadavatele www.vumlekarensky.cz, sekce Spolupráce, odkaz Poptávky.

Veřejná zakázka není zadávaná v zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

2. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Mikroskop inverzní fluorescenční

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň její maximální nepřekročitelnou nabídkovou cenou. Zadavatel vyloučí uchazeče, bude-li celková nabídková cena bez DPH uchazeče vyšší než celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH.

4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění se rozumí „Mikroskop inverzní fluorescenční“ s následujícími technickými parametry:

Hlavice	45° sklon
Objektivy	IOS Ph10×, Ph20×, Ph40×
Ostření	Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
Stolek	250 × 230 mm (pohyb: 120 × 80 mm)
Condenser	Velká pracovní vzdálenost N.A 0,30 (WD = 72 mm)
Osvětlení	Procházející světlo: X-LED8 s bílou LED – odražené fluorescenční světlo: vysoce účinná LED

- modrá (GFP/FITC) a zelená (rhodamin/TRITC) excitace
- soupravy modrých EX 450-490, DM 495, EM 520LP a zelených EX 540-580, DM 585, EM 590LP fluorescenčních filtrů
- žádné doby zahřívání a chladnutí umožňují 60minutovou úsporu času
- životnost LED delší než 50 000 hodin pro fázový kontrast, jasné pole a epifluorescenci
- předem vystředěné osvětlení LED pro úsporu energie
- pozorovací režimy zahrnují jasné pole, fázový kontrast, modrou a zelenou excitaci a fluorescenci

Veřejná zakázka není dělená na části. Dodavatel je povinen dodat celý předmět plnění.

4.1. Přístroje a zařízení musí splňovat normy a další předpisy platné v ČR a EU.

- doprava zboží na místo plnění (dopravu do místa plnění zajišťuje na své náklady a nebezpečí prodávající),
- zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zařízení (manuálů) v českém jazyce - technická specifikace,
- předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy,
- bezodkladné a bezplatné odstranění závad reklamovaných v záruční lhůtě,
- závazek záručního servisu po dobu nejméně 24 měsíců

5. VYMEZENÍ MÍSTA A DOBY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

5.1. Místem plnění se rozumí:

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., detašované pracoviště, Zemědělská 16, 787 01 Šumperk

5.2. Termínem plnění se rozumí:

Uchazeč se zavazuje dodat a instalovat dodávku předmětu plnění **do 6 týdnů** po obdržení písemné objednávky zadavatele, nejpozději však do **30. 10. 2017** (mezí datum uznatelného zdanitelného plnění).

6. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

6.1. Zadavatel zruší výběrové řízení, pokud:

- Nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky;
- Byly vyřazeny všechny nabídky;
- Byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě k podání nabídek nebo zadávací dokumentaci, nebo v průběhu administrace zakázky;

6.2. Po instalaci zařízení proběhne zkušební provoz k potvrzení deklarovaných parametrů. V době zkušebního provozu je započtena i doba pro zaškolení obsluhy. Zkušební provoz bude ukončen podpisem protokolu o předání a převzetí zařízení smluvními stranami.

6.3. Podáním nabídky uchazeč stvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací včetně všech příloh k této veřejné zakázce, že je mu jejich znění srozumitelné a jasné, před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání souhlasí a respektuje je.

- 6.4. Podáním nabídky uchazeč stvrzuje, že je vázán celým obsahem přiložené nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty;
- 6.5. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
- 6.6. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
- 6.7. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli bez udání důvodu.

V Praze 21.7. 2017



.....
Ing. Petr Roubal CSc.
jednatel Výzkumného ústavu
mlékárenského s.r.o.